

2018研发 - 支持 #1476

支持 # 1432 (完结): 周总结

支持 # 1452 (完结): 周总结-pgx

周总结 pgx 2018-4-8

2018-04-08 17:58 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-04-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-04-08
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
<p>一、本周内容 1、完成温湿度OM100程序升级、重点稳定性测试并编写测试报告。 2、完成米尔核心板实施（意外断电、老化测试等）测试及编写测试总结 二、协助项（需要协助部门）1、无 三、遇到问题或者难点（未解决需说明原因）1、温湿度断电不能重启，原因是RS485需要断开或者不共地，已经解决。 四、收货点（如收获什么）1、温湿度断电重启RS485通信线不能有信号，否则起不来。 五、下周工作重点(下周工作重点项) 1、温湿度OM100生产计划编写及讨论 2、MC-IMX6扩展板设计及下单。</p>			

历史记录

#1 - 2018-04-08 17:59 - 盘 贵星

3、OM-TH100生产校准问题解决。

#2 - 2018-05-28 08:22 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 完结